

Dz.U. 1999 Nr 94 poz. 1098

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 19 listopada 1999 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 1115 oraz z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935) zarządza się, co następuje

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 września 1992 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 74, poz. 366, z 1993 r. Nr 16, poz. 77, z 1994 r. Nr 26, poz. 95 i z 1998 r. Nr 37, poz. 214) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 5 wyrazy „stacji krwiodawstwa” zastępuje się wyrazami „centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa”;
- 2) w załączniku nr 2 – Wymania szczególne, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia szpitala – skreśla się część XVIII. Punkt krwiodawstwa;
- 3) w załączniku nr 3 – Wymagania szczególne, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia przychodni lekarskiej ośrodka zdrowia na wsi – dodaje się ust. 13 w brzmieniu:

„13. Pomieszczenia związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych przez lekarza rodzinnego powinny spełniać następujące wymagania:

- 1) powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych na konsultacje i na badania lekarskie nie może wynosić mniej niż 15 m²,
 - 2) posiadać wydzielone osobne poczekalnie: dla dorosłych, dla dzieci zdrowych i dla dzieci chorych. Wspólna poczekalnia jest możliwa pod warunkiem wprowadzenia rozdziału czasowego przyjęć dzieci zdrowych od pozostałych pacjentów.”;
- 4) w załączniku nr 5 – Wymagania szczególne, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia stacji krwiodawstwa:
 - a) w tytule wyrazy „stacji krwiodawstwa” zastępuje się wyrazami „centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa”,
 - b) użyty w załączniku wyraz „stacji” zastępuje się wyrazem „centrum”.

§ 2.

1. Zakład opieki zdrowotnej, którego pomieszczenia lub urządzenia nie spełniają wymagań określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w § 1, może wystąpić z wnioskiem o wpis zakładu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej, jeżeli te pomieszczenia i urządzenia były objęte programem dostosowania do wymagań przez zakład prowadzący dotychczas w nich działalność.
2. Zakład opieki zdrowotnej, o którym mowa w ust. 1, wraz z wnioskiem o wpis zakładu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej, składa program dostosowania pomieszczeń i urządzeń do wymagań w okresie nie dłuższym niż:
 - 1) 10 lat – dla zakładów opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 1115 oraz z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935), zwanej dalej „ustawą”,
 - 2) 5 lat – dla zakładów opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-8 ustawy,
 - od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.